

固定資産の耐用年数誤り

| 対象受検機関                       | 検出事項   | 監査の結果   | 措置の内容   |        |    |         |        |      |                                |   |   |
|------------------------------|--|---|---------|--------|----|---------|--------|------|--------------------------------|---|---|
| <p>地方独立行政法人<br/>大阪府立病院機構</p> | <p>急性期・総合医療センターにおいて、平成25年度にX線CT撮影システム2台を購入したが、耐用年数を本来6年とすべきところを5年として登録を行っており、平成25年度の減価償却費が4,763千円過大に計上されていた。</p> | <p><b>【是正を求めるもの】</b><br/>耐用年数の登録を是正するとともに、規定に従い耐用年数を適正に登録するため、ルール周知徹底を図られたい。</p> <p>-----</p> <p><b>【地方独立行政法人大阪府立病院機構固定資産管理規程】</b><br/>(減価償却の方法)<br/>第27条 減価償却は、その固定資産を取得し使用を開始した月をもって開始し、事業年度ごとに行うものとする。<br/>2 償却資産の耐用年数は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表2(※)に基づく耐用年数とする。ただし、受託研究等により取得した固定資産は、当該資産を使用する予定の期間を耐用年数とする。<br/>※該当箇所抜粋</p> <table border="1" data-bbox="1279 1045 2000 1245"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>構造又は用途</th> <th>細目</th> <th>耐用年数(年)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>医療機器</td> <td>レントゲンその他の電子装置を使用する機器<br/>その他のもの</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> | 種類      | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数(年) | 器具及び備品 | 医療機器 | レントゲンその他の電子装置を使用する機器<br>その他のもの | 6 | <p>耐用年数の誤りについては、是正の上、固定資産台帳に反映した。<br/>また、耐用年数を含めた正しい資産管理の手続について、マニュアル化するとともに担当者会議を開催し、周知した。</p> |
| 種類                           | 構造又は用途   | 細目  | 耐用年数(年) |        |    |         |        |      |                                |   |   |
| 器具及び備品                       | 医療機器   | レントゲンその他の電子装置を使用する機器<br>その他のもの  | 6       |        |    |         |        |      |                                |   |   |