

健安生環 第85号

令和5年9月25日

依頼者

住所 大阪府貝塚市港25番地

氏名 大阪府南部流域下水道事務所
所長 矢幅 保宏 様

地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所 理事長

試験成績書

試料

金属線(白金線)

試験目的

蛍光X線分析による定性検査

令和5年9月12日付けで依頼のあった上記試料について蛍光X線分析計で
定性試験した結果は次の通りです。

試料番号	単位 (wt%)	
	白金(Pt)	ロジウム(Rh)
①	90.3	9.7
②	95.6	4.4
③	91.2	8.8

以上